



**КАЛИБРАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТНЫЕ
«ЭЛЕМЕР-Т»**

**Руководство по эксплуатации
НКГЖ.065159.002РЭ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	3
2. Технические данные и характеристики.....	3
3. Устройство и работа изделий.....	6
4. Указания мер безопасности.....	29
5. Комплектность.....	31
6. Методика поверки.....	31
7. Правила транспортирования и хранения.....	31
8. Утилизация.....	32
9. Свидетельство о приемке.....	33
10. Свидетельство об упаковывании.....	33
11. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика).....	34
Приложение А. Пример записи обозначения при заказе.....	35

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Калибраторы температуры жидкостные «ЭЛЕМЕР-Т-150», «ЭЛЕМЕР-Т-220» (далее – калибраторы или «ЭЛЕМЕР-Т») предназначены для создания и поддержания температур в диапазоне от минус 30 до плюс 150 °С, от плюс 30 до плюс 220 °С.

Калибраторы применяются при градуировке, калибровке, поверке термометров стеклянных, жидкостных, термометров сопротивления, преобразователей термоэлектрических, термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом и других термопреобразователей.

Степень защиты от проникновения твердых тел и воды калибраторов соответствует IP20 согласно ГОСТ 14254-2015.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации калибраторы соответствуют группе исполнения ВЗ согласно ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к электромагнитным помехам калибраторы соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазоны воспроизводимых температур для калибратора:

- «ЭЛЕМЕР-Т-150» от минус 30 до плюс 150 °С;
- «ЭЛЕМЕР-Т-220» от плюс 30 до плюс 220 °С.

2.2. Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, не более, для калибраторов: «ЭЛЕМЕР-Т-150», для индекса заказа:

- А $\pm 0,03$ °С,
- В $\pm 0,07$ °С.

«ЭЛЕМЕР-Т-220», для индекса заказа:

- А $\pm(0,03+0,00015 \times |t|)$ °С,
- В $\pm 0,07$ °С.

2.3. Неравномерность температуры в рабочем объеме, на глубине, в зависимости от теплоносителя:

- этиловый спирт (диапазон температур от минус 30 до плюс 5 °С)

- от 15 до 40 мм $\pm(0,03+0,002 \cdot |t|)$ °С,
- от 40 до 80 мм $\pm(0,02+0,0005 \cdot |t|)$ °С,
- от 80 до 150 мм для индекса заказа:

- А $\pm 0,01$ °С,
- В $\pm 0,1$ °С;

- дистиллированная вода (диапазон температур от плюс 5 до плюс 95 °С)

- от 15 до 40 мм $\pm(0,03+0,0004 \cdot |t|)$ °С,
- от 40 до 80 мм $\pm(0,02+0,0002 \cdot |t|)$ °С,
- от 80 до 150 мм для индекса заказа:

А $\pm 0,01$ °С,
В $\pm 0,1$ °С;

- силиконовое масло ПМС-5 (диапазон температур от +5 до +150 °С)

от 15 до 40 мм $\pm(0,1+0,001 \cdot |t|)$ °С,

от 40 до 80 мм $\pm 0,07$ °С,

от 80 до 150 мм для индекса заказа:

А $\pm 0,02$ °С,

В $\pm 0,1$ °С;

- силиконовое масло ПМС-20 (диапазон температур от +90 до +220 °С)

от 15 до 40 мм $\pm 0,4$,

от 40 до 80 мм $\pm 0,15$,

от 80 до 150 мм для индекса заказа:

А $\pm 0,03$,

В $\pm 0,1$.

2.4. Разрешающая способность регуляторов температуры $0,1$ °С.

2.5. Габаритные размеры ванны:

- диаметр 60 мм,

- глубина 160 мм.

2.6. Питание осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 (60) Гц и напряжением 230 ± 23 .

2.7. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более, для калибратора

- «ЭЛЕМЕР-Т-150» $0,4$ кВт,

- «ЭЛЕМЕР-Т-220» 1 кВт.

2.8. Калибраторы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С.

2.9. Калибраторы устойчивы к воздействию относительной влажности до 75 % при температуре плюс 30 °С.

2.10. Калибраторы в транспортной таре прочны при температуре до плюс 60 °С.

2.11. Калибраторы в транспортной таре прочны при температуре до минус 10 °С.

2.12. Калибраторы в транспортной таре прочны к воздействию воздушной среды с относительной влажностью 98 % при температуре 35 °С.

2.13. Калибраторы в транспортной таре устойчивы к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 30 м/с^2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.14. Обеспечение электромагнитной совместимости и помехозащищенности

2.14.1 По устойчивости к электромагнитным помехам калибраторы соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.

2.14.2 Калибраторы нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными калибраторами в типовой помеховой ситуации.

2.14. Габаритные размеры и масса калибраторов не более значений, указанных в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Габаритные размеры и масса калибраторов

Модификация калибратора	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	длина (глубина)	ширина	высота	
«ЭЛЕМЕР-Т-150»	315	210	430	13,0
«ЭЛЕМЕР-Т-220»	270	147	380	7,5

2.15. Сведения о содержании драгоценных материалов

2.15.1. Драгоценные материалы в калибраторе не содержатся.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЙ

3.1. Калибратор состоит из прочного лакированного стального корпуса, с переносной ручкой (см. рисунок 3.1).

В задней части корпуса размещена ванна для жидкости, сверху ванны предусмотрена крышка с каналами для размещения эталонных и поверяемых термопреобразователей.

В ванну для жидкости вмонтированы нагревательные и охлаждающие элементы и температурные датчики для определения контрольной температуры. Ванна для жидкости покрыта теплоизоляцией.

На передней панели расположен 2-строчный, 4-значный, 7-сегментный (светодиодный) цифровой дисплей для индикации текущей и заданной температуры, а также регулятор скорости вращения мешалки.

На вертикальной части передней панели расположены: переключатель сетевого электропитания, клемма заземления, разъем для подключения напряжения 220 В и разъем сервисного интерфейса.



Рисунок 3.1 – Внешний вид калибратора

3.2. Передняя панель регулятора




Рисунок 3.2 - Обзор элементов управления на передней панели регулятора

1 - Индикатор SV

- Показание заданной температуры
- Показание определённых параметров в отдельных режимах и пунктах меню

2 - LED AT/ST

- Данный светодиодный индикатор не имеет установленной функции

3 - Индикатор PV

- Показание текущей температуры
- Показание отдельных режимов, пунктов меню и параметров

4 - Светодиодный индикатор LED OUT 2

а) калибратор «ЭЛЕМЕР-Т-220»

- Сигнализирует о состоянии на выходе для регулирования вентилятора
- Если LED OUT 2 светится, то вентилятор работает на больших оборотах
- Если LED OUT 2 не светится, то вентилятор работает на сниженных оборотах

б) калибратор «ЭЛЕМЕР-Т-150»

- Сигнализирует о состоянии на выходе для регулирования температуры
- Если LED OUT 2 светится, то ванна охлаждает
- Если LED OUT 2 не светится, то ванна не охлаждает

5 - Светодиодный индикатор LED OUT 1

- Сигнализирует о состоянии на выходе для регулирования температуры
- Если LED OUT 1 светится, то ванна нагревается
- Если LED OUT 1 не светится, то ванна не нагревается

6 - LED OUT 3

- Данный светодиодный индикатор не имеет установленной функции

7 - LED OUT 4

- Данный светодиодный индикатор не имеет установленной функции

8 - Клавиша U

- Вызов сохранённых значений заданной температуры

9 - Клавиша ▲

- Увеличение регулируемого значения
- Выбор отдельных пунктов меню
- Возврат на один уровень назад (при длительном нажатии)

10 - Клавиша ▼

- Уменьшение регулируемого значения
- Выбор отдельных пунктов меню

- Возврат на один уровень назад (при длительном нажатии)

11 - Клавиша P

- Доступ к исходным значениям заданной температуры

- Доступ к пунктам меню и параметрам

- Подтверждение ввода

12 - LED SET

- Мигая, сигнализирует о возможности доступа к отдельным пунктам меню и параметрам

3.3. Ввод калибратора в эксплуатацию

3.3.1. Рабочее положение

Нормальное рабочее положение калибраторов – вертикальное, оно позволяет обеспечить оптимальное распределение температуры в ваннах для жидкости.

3.3.2. Подготовка калибраторов

Для достижения максимальной точности измерений необходимо использовать соответствующий теплоноситель.

3.3.3. Характеристики теплоносителей

В зависимости от диапазона температур следует использовать теплоносители, приведённые в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Характеристики теплоносителей

Теплоноситель	Диапазон температур		Температура воспламенения
Этиловый спирт	-30 °С	+10 °С	404 °С
Дистиллированная вода	+10 °С	+90 °С	нет
Силиконовое масло	+10 °С	+220 °С	315 °С

Примечания:

1. При использовании воды в качестве теплоносителя:

- Используйте только дистиллированную воду, поскольку в противном случае в ванне могут образоваться большие наслоения гидравлической извести, что приведёт к его сильному засорению.

2. При использовании силиконового масла в качестве теплоносителя:

- Используйте только рекомендованное силиконовое масло.
- При работе с силиконовым маслом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, поскольку возможны выделения вредных веществ.
- Избегайте попадания силиконового масла в глаза.
- Силиконовое масло является гигроскопичным, поэтому после завершения работы ванну необходимо плотно закрыть транспортировочной крышкой.

3. При использовании этилового спирта в качестве теплоносителя

- Рекомендуется использовать спирт этиловый по ГОСТ 18300-87, ГОСТ 17299-78, ГОСТ 51652-2000 в количестве 0.4 кг.
- В процессе эксплуатации объемная доля этилового спирта уменьшается, что приводит к ухудшению метрологических характеристик.
- Полная замена теплоносителя (спирта этилового) должна осуществляться не реже 1 раза в 3 месяца.

3.3.4. Заполнение калибраторов

- Открутите и снимите транспортировочные крышки.
- Вставьте испытуемые образцы в сенсорные корзины.
- Налейте теплоноситель в ванны. Уровень заполнения ванны: до верхнего края алюминиевой обшивки (см. рисунок 3.3). Макс. количество теплоносителя: 0,5 литра.




Рисунок 3.3 – Устройство ванны

П р и м е ч а н и е – Транспортировочная крышка имеет предохранительный клапан. Если ванну закрыть крышкой в ещё неостывшем состоянии, то внутри ванны может возникнуть опасное давление. Во избежание избыточного давления, которое может привести к разрушению ванны, при наличии давления около 0,25 МПа срабатывает предохранительный клапан. При этом из отверстия клапана может выступить горячий пар.

3.3.5. Принцип работы магнитной мешалки

Максимальная температурная однородность теплоносителя достигается посредством перемешивания его при помощи магнитной мешалки.

- Установите максимально возможную скорость перемешивания. При повороте ручки регулятора вверх (рисунок 3.4) скорость увеличивается, при повороте вниз – скорость перемешивания снижается.



Ванна для теплоносителя



Передняя панель регулятора с ручкой для регулировки скорости вращения мешалки

Рисунок 3.4 – Ванна для теплоносителя и передняя панель регулятора с ручкой

3.3.6. Градуировка термопреобразователей

3.3.6.1. Градуировку (калибровку, поверку) термопреобразователей проводят методом сличения с эталонными средствами измерения температуры.

Примечания:

1. В калибраторах нельзя калибровать заземленные термоэлементы, поскольку нагревательный блок заземлен, что может послужить причиной неправильных результатов измерений.
2. Для калибраторов с теплоносителями ПМС-5 и ПМС-20 рекомендуется использовать в качестве эталонных средств измерений температуры ПТСВ стержневого типа.

3.3.7. Процедура пуска

При длительном простое калибратора в нагревательные элементы может проникнуть влага, это связано со свойствами используемого материала (оксид магния).

Поэтому после транспортировки или хранения калибратора во влажных условиях окружающей среды необходимо медленно нагревать нагревательные элементы.

Заданное значение температуры в ходе процедуры пуска составляет 120 °С при времени выдержки 15 мин.

3.3.8. Включение калибратора

Подключите сетевой штекерный разъем к сети электропитания.

Включите сетевой выключатель.

Происходит инициализация регулятора. На верхнем индикаторе PV появляется tESt.

На нижнем индикаторе SV отображается номер версии, например, rL 2.2.

Приблизительно через 5 с процесс инициализации завершается, на дисплее автоматически отображается **режим калибровки**.

Встроенные нагревательные и охлаждающие элементы автоматически регулируют температурный режим с показателя комнатной температуры до уровня температуры, заданного на регуляторе.

3.3.9. Показания контрольной и заданной температуры

Верхний индикатор PV: Красный, 4-значный 7-сегментный индикатор показывает текущую температуру теплоносителя.

Нижний индикатор SV: В зелёном, 4-значном 7-сегментном индикаторе высвечивается заданная температура теплоносителя.

По достижению заданной температуры посредством коротких импульсов включения поступает тепловая энергия, благодаря чему в ванне с теплоносителем поддерживается постоянная температура.




Рисунок 3.5 – Индикация текущей и заданной температуры

3.3.10. Регулировка заданной температуры

Красный светодиодный индикатор OUT 1 показывает время включения (для процесса нагревания).




Рисунок 3.6 – Показания светодиодного индикатора OUT 1

Во время нагревания длительное свечение индикатора свидетельствует о повышении температуры, а мигание светодиодного индикатора показывает, что температура скоро достигнет заданного значения, и поэтому нагревание происходит через короткие промежутки времени.

3.3.11. Принцип работы калибратора

Существуют три режима работы калибратора:

Режим калибровки (п. 3.4)

Это обычное рабочее состояние, в котором осуществляется калибровка испытуемых образцов.

Режим заданных значений (п. 3.5)

В этом режиме можно выполнять ввод заданных значений температуры.

Главное меню (п. 3.6)

В этом режиме можно выполнять все настройки, например, ввод значений заданной температуры или настройка параметров регулятора.

3.4 Режим калибровки

3.4.1. После включения и инициализации калибратора прибор переключается в **режим калибровки**.

Верхний индикатор **PV** показывает текущую температуру.

Нижний индикатор **SV** показывает заданную температуру.

Светодиодный индикатор (LED) **OUT 1** сигнализирует о состоянии нагревателя:

- Если LED OUT 1 светится, то температура повышается.
- Если LED OUT 1 не светится, то нагревание отключено.




Рисунок 3.7 – Показания прибора в режиме калибровки при НАГРЕВАНИИ

Светодиодный индикатор (LED) **OUT 2** сигнализирует о состоянии охладителя.




Рисунок 3.8 – Показания прибора в режиме калибровки при ОХЛАЖДЕНИИ

а) «ЭЛЕМЕР-Т-220»

Светодиодный индикатор (LED) **OUT 2** сигнализирует о состоянии вентилятора:

Если LED OUT 2 светится, то вентилятор работает на больших оборотах

Если LED OUT 2 не светится, то вентилятор работает на сниженных оборотах

б) «ЭЛЕМЕР-Т-150»

Светодиодный индикатор (LED) **OUT 2** сигнализирует о состоянии охладителя:

Если LED OUT 2 светится, то температура снижается

Если LED OUT 2 не светится, то охлаждение отключено

3.5. Режим заданных значений

3.5.1. Для установки заданной температуры существует две возможности: установка временной заданной температуры (см. п. 3.5.2) или сохранение в главном меню (см. п. 3.6) постоянных значений заданной температуры (см. п. 3.6.6).

3.5.2. Установка временной заданной температуры

В этом рабочем режиме можно временно изменять сохраненные значения заданной температуры.

Нажмите на клавишу **P** (кратковременное нажатие).

На верхнем индикаторе PV высвечивается активированная в данный момент память для заданных значений, например SP 2 (заданное значение 2).

На нижнем индикаторе SV высвечивается соответствующая заданная температура.




Рисунок 3.9 – Временные настройки заданной температуры

- При помощи нажатия на клавишу ▲ значение заданной температуры увеличивается.
- При помощи нажатия на клавишу ▼ значение заданной температуры уменьшается.
- Повторным нажатием на клавишу P подтверждается новое заданное значение.

П р и м е ч а н и е:

1. При нажатии на клавишу ▲ □ или ▼ □ значение заданной температуры увеличивается или снижается на 0,1 °С. Если удерживать клавишу в нажатом состоянии не менее 1 с, то значение заданной температуры будет быстрее увеличиваться или уменьшаться, при нажатии на клавишу не менее 2 с – значение заданной температуры будет меняться ещё быстрее, благодаря чему можно максимально быстро установить желаемое значение заданной температуры.
2. Если в **режиме заданных значений** не было нажато не на одну клавишу на протяжении более 15 с, то система выполнит автоматический возврат в **режим калибровки**.

3.6. Главное меню

3.6.1. При помощи данной структуры меню можно выполнять любые настройки.

- Нажмите на клавишу P и не отпускайте около 5 с. Откроется окно главного меню.
- При помощи клавиш ▼ ▲ необходимо выбрать соответствующее главное меню (см. рисунок 3.10).
- Подтвердите выбранный пункт меню при помощи клавиши P.




Рисунок 3.10 – Структура меню

Возврат на один уровень назад

Если в **главном меню**, на **уровне групп** или **параметров** около 15 с не задаются никакие команды (посредством нажатия на клавиши), то система выполняет автоматический возврат на один уровень в **режим калибровки**.

Возврат на один уровень назад можно также выполнить при длительном нажатии на клавиши \blacktriangledown или \blacktriangle .

3.6.2. Выключение системы автоматического регулирования

В случае выполнения определенных задач целесообразно отключить автоматическое регулирование, например, для выполнения установок калибратора.

В режиме калибровки необходимо нажать на клавишу **P** около 5 с, при помощи этой команды система переходит в главное меню. На верхнем индикаторе PV отображается **OPER**.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий светодиод SET.




Рисунок 3.11 – Показания прибора в главном меню

Нажимайте на клавишу ▲ или ▼, пока на дисплее не отобразится **OFF**.




Рисунок 3.12 – Меню автоматического регулирования OFF

Подтвердите выбор при помощи клавиши **P**.

На верхнем индикаторе PV отображается текущая температура попеременно с **OFF**.

На нижнем индикаторе SV отображается заданная температура.




Рисунок 3.13 – Показания прибора при выборе установки автоматического регулирования OFF

Примечание – Сейчас автоматическое регулирование отключено, текущая температура будет непрерывно снижаться, без последующей регулировки.

3.6.3. Включение системы автоматического регулирования

Система автоматического регулирования выключена, если отображаются следующие показания:

На верхнем индикаторе PV отображается текущая температура попеременно с **OFF**.

На нижнем индикаторе SV отображается заданная температура.




Рисунок 3.14 – Показания прибора при выборе установки автоматического регулирования OFF

Для включения системы автоматического регулирования необходимо выполнить следующие действия:

Нажмите на клавишу **P** около 5 с, при помощи этой команды система переходит в главное меню.

На верхнем индикаторе PV отображается rEG.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий светодиод SET.




Рисунок 3.15 – Показание rEG

Подтвердите команду включения автоматического регулирования при помощи клавиши **P**.

П р и м е ч а н и е – Сейчас система автоматического регулирования снова включена. Калибраторы находятся в режиме калибровки и система воспроизводит установленную заданную температуру.

3.6.4. Включение системы ручного регулирования

Можно выключить автоматическое регулирование калибратора и начать работу при помощи ручного регулирования необходимой температуры.

Для этого в режиме калибровки необходимо нажать на клавишу **P** около 5 с, при помощи этой команды система переходит в главное меню.

На верхнем индикаторе PV отображается **OPEr**.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий светодиод SET.




Рисунок 3.16 – Показания прибора в главном меню

Нажимайте на клавишу **▲** или **▼**, пока на дисплее не отобразится OPLO.

На верхнем индикаторе PV отображается **OPLO**.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий светодиод SET.




Рисунок 3.17 – Меню ручного регулирования OPLO

Подтвердите выбор при помощи клавиши **P**.

На верхнем индикаторе PV отображается текущая температура.

На нижнем индикаторе SV отображается символ H и заданная мощность на выходе в %.




Рисунок 3.18 – Показания прибора при выборе установки ручного регулирования OPLO

При нажатии на **клавишу ▲** мощность на выходе **увеличивается**.

При нажатии на **клавишу ▼** мощность на выходе **снижается**.

Примечание:

1. При нажатии на клавишу **▲** или **▼** значение заданной температуры увеличивается или снижается на 0,1 °С. Если удерживать клавишу в нажатом состоянии не менее 1 с, то значение заданной температуры будет быстрее увеличиваться или уменьшаться, при нажатии на клавишу не менее 2 с – значение заданной температуры будет меняться ещё быстрее, благодаря чему можно максимально быстро установить желаемое значение заданной температуры.

3.6.5. Выключение системы ручного регулирования

Система автоматического регулирования включена, если отображаются следующие показания:

На верхнем индикаторе PV отображается текущая температура.

На нижнем индикаторе SV отображается символ H и заданная мощность на выходе в %.




Рисунок 3.19 – Показания прибора при выборе установки ручного регулирования OPLO

Для выключения системы ручного регулирования необходимо нажать на клавишу **P** около 5 с, при помощи этой команды система переходит в главное меню.

На верхнем индикаторе PV отображается **rEG**.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий светодиод SET.




Рисунок 3.20 – Показания прибора в главном меню

Подтвердите команду включения автоматического регулирования при помощи клавиши **P**.

3.6.6. Установка и сохранение постоянных значений заданной температуры

Для сохранения значений заданной температуры необходимо выбрать соответствующую память заданных значений.

В **режиме калибровки** нажмите на клавишу **P** около 5 с, при помощи этой команды система переходит в главное меню.

На верхнем индикаторе PV отображается **OPEr**.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий светодиод SET.




Рисунок 3.21 – Операторное меню OPEr

Повторно нажмите на клавишу **P**, при помощи этой команды система переходит на **уровень групп**.

На верхнем индикаторе PV отображается **OPEr**.

На нижнем индикаторе SV отображается **'SP** и дополнительно мигает светодиод SET.




Рисунок 3.22 – Группа SP

Повторно нажмите на клавишу **P**, при помощи этой команды система переходит на **уровень параметров**.

На верхнем индикаторе PV отображается **'SP**.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий символ памяти заданных значений **SP 1** и дополнительно светодиод SET.




Рисунок 3.23 – Параметры для памяти заданных значений SP1

При помощи клавиш ▲ или ▼ можно выполнить выбор одной из четырех памятей заданных значений SP1, SP2, SP3 или SP4.

Посредством нажатия на клавишу P система открывает соответствующая память заданных значений.

На верхнем индикаторе PV мигает символ выбранной памяти заданных значений, например, SP3.

На нижнем индикаторе SV отображается соответствующая заданная температура.




Рисунок 3.24 – Ввод памяти заданных значений SP3

При нажатии на клавишу ▲ заданная температура **повышается**.

При нажатии на клавишу ▼ заданная температура **снижается**.

Примечание - При нажатии на клавишу ▲ □ или ▼ □ значение заданной температуры увеличивается или снижается на 0,1 °С. Если удерживать клавишу в нажатом состоянии не менее 1 с, то значение заданной температуры будет быстрее увеличиваться или уменьшаться, при нажатии на клавишу не менее 2 с – значение заданной температуры будет меняться ещё быстрее, благодаря чему можно максимально быстро установить желаемое значение заданной температуры.

Для подтверждения новой заданной температуры нажмите на клавишу P.

Система выполняет выход из памяти заданных значений и возвращается на уровень параметров.

Вернитесь в режим калибровки длительным нажатием клавиши ▲ или ▼.

Если в данном меню на протяжении 15 с не выполняются команды (посредством нажатия на клавиши), то система выполняет автоматический возврат на один уровень, до **режима калибровки**.

3.6.7. Запрос сохранённых значений заданной температуры


В режиме калибровки можно просмотреть сохранённые значения заданной температуры.

Нажмите на клавишу **U** около 2 с. Система открывает доступ в актуальную память заданных значений.

На верхнем индикаторе PV отображается текущая температура.

На нижнем индикаторе SV на протяжении 2 с отображается память заданных значений SP1, SP2, SP3 или SP4 и соответствующая заданная температура:

- сначала память заданных значений SP1, SP2, SP3 или SP4



- затем сохранённая заданная температура




Рисунок 3.25 – Показания прибора при запросе заданной температуры

Для получения другого сохранённого заданного значения необходимо повторно нажать на клавишу **U**.

Система принимает выбранное температурное значение и воспроизводит выбранную температуру.

3.6.8. Установка механизма регулирования градиентов и температурного профиля

3.6.8.1. Данная система предусматривает возможность самостоятельной регулировки градиентов пользователем и определения времени, в пределах которого будет достигнута заданная температура. Можно сократить или увеличить стандартные значения времени, установленные в калибраторе.

При изменении заданной температуры или включении калибратора система автоматически определяет, какой именно градиент (градиент нагревания «SLoF» или градиент охлаждения «SLoF») будет использоваться.

Кроме этого, при достижении заданной температуры в памяти заданных значений SP1, Вы можете установить автоматическое переключение на заданную температуру в памяти заданных значений SP2 через запрограммированное время выдержки «dur.t». Благодаря этому установится простой температурный профиль. При включении ванны температурный профиль запускается автоматически.




Рисунок 3.26 – Регулировка градиентов и температурного профиля

3.6.8.2. Градиент нагревания «SLor»

Градиент нагревания «SLor» активный, если значение текущей температуры ниже значения заданной температуры.

Каждый тип калибратора имеет максимальную нагревательную мощность, поэтому целесообразно выполнять установки меньше чем установленная нагревательная мощность и увеличивать время для достижения заданной температуры.

Калибратор	Установки	Калибратор	Установки
«ЭЛЕМЕР-Т-150»	для «SLor»	«ЭЛЕМЕР-Т-220»	для «SLor»
с силиконовым маслом	< 3 °C/мин.	с силиконовым маслом	< 22 °C/мин.
с дистиллированной водой	< 5 °C/мин.	с дистиллированной водой	< 12 °C/мин.

3.6.8.3. Градиент охлаждения «SLoF»

Градиент нагревания «SLoF» активный, если значение текущей температуры выше значения заданной температуры. Для градиента охлаждения действительны только те установки, которые не превышают уровень охлаждающей мощности калибратора.

Калибратор	Установки	Калибратор	Установки
«ЭЛЕМЕР-Т-150»	для «SLoF»	«ЭЛЕМЕР-Т-220»	для «SLoF»
с силиконовым маслом	< 6 °C/мин.	с силиконовым маслом	< 4 °C/мин.
		от 200 °C до 50 °C	< 0,5 °C/мин.
		от 50 °C до 30 °C	
с дистиллированной водой	< 4 °C/мин.	с дистиллированной водой	< 2 °C/мин.
		от 90 °C до 50 °C	< 0,5 °C/мин.
		от 50 °C до 30 °C	

Время выдержки «dur.t» активируется при достижении заданной температуры SP1.

Затем калибратор автоматически переключается на заданную температуру SP2.

П р и м е ч а н и е – Если были выполнены установки для этих трёх параметров, то калибратор будет использовать новые значения только в случае изменения заданной температуры или выключения и повторного включения калибратора.

3.6.8.4. Ещё один способ действия: выключение автоматического регулирования для изменения установок калибратора (см. п. 3.6.2), затем повторное включение автоматического регулирования (см. п. 3.6.3).

Установки для градиентов нагревания и охлаждения и времени выдержки можно выполнять на уровне параметров 'rEG.

Для этого необходимо нажать на клавишу P около 5 с, при помощи этой команды система переходит в главное меню.

На верхнем индикаторе PV отображается OPER.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий светодиод SET




Рисунок 3.27 – Операторное меню OPER

Повторно нажмите на клавишу P, при помощи этой команды система переходит на **уровень групп.**

На верхнем индикаторе PV отображается OPER.

На нижнем индикаторе SV отображается 'SP и дополнительно мигает светодиод SET.




Рисунок 3.28 – Группа 'SP

При помощи клавиши ▼ выберите группу 'rEG.

На верхнем индикаторе PV отображается OPER.

На нижнем индикаторе SV отображается 'rEG и дополнительно мигает светодиод SET.




Рисунок 3.29 – Группа 'rEG

Повторно нажмите на клавишу P, при помощи этой команды система переходит на **уровень параметров.**

На верхнем индикаторе PV отображается 'rEG.

На нижнем индикаторе SV отображается мигающий символ SLor.




Рисунок 3.30 – Параметры для градиента нагревания SLoR

3.6.8.5. Настройка градиента нагревания

Градиент нагревания «SLoR» активный, если значение текущей температуры ниже значения заданной температуры.

Диапазон заданных значений составляет от 99,99 °C/мин до 0,00 °C/мин.

Примечание – Функция деактивирована, если установлено SLoR = InF.

Система находится на **уровне параметров** (см. рисунок 3.10, пп. 3.6.8.2, 3.6.8.4).

На верхнем индикаторе PV отображается **'rEG**.

На нижнем индикаторе SV мигает символ **SLoR**




Рисунок 3.31 – Параметры для градиента нагревания SLoR

Нажмите на клавишу **P**.

На верхнем индикаторе PV появляется мигающий символ **SLoR**.

На нижнем индикаторе SV появится соответствующий **текущий градиент нагревания**.




Рисунок 3.32 – Ввод градиента нагревания

При нажатии на клавишу **▲** градиент нагревания **SLoR** увеличивается.

При нажатии на клавишу **▼** градиент нагревания **SLoR** уменьшается.

Примечание – При нажатии на клавишу **▲** или **▼** значение градиента увеличивается или уменьшается на 0,1. Если удерживать клавишу в нажатом состоянии не менее 1 с, то значение градиента будет быстрее увеличиваться или уменьшаться, при нажатии на клавишу не менее 2 с – значение градиента будет меняться ещё быстрее, благодаря чему можно максимально быстро установить желаемое значение.

Для подтверждения нового установленного градиента нагревания **SLor** нажмите на клавишу **P**.

Система выполняет возврат на уровень параметров, здесь можно выполнить установку других параметров.

Примечание – Если в данном меню на протяжении 15 с не выполняются команды (посредством нажатия на клавиши), то система выполняет автоматический возврат на один уровень, до **режима калибровки**.

- После выполнения установок калибратора будут использоваться новые значения только в случае изменения заданной температуры или выключения и повторного включения калибратора.

3.6.8.6. Настройка градиента охлаждения

Градиент охлаждения «**SLoF**» активный, если значение контрольной температуры выше значения заданной температуры.

Диапазон заданных значений составляет от 99,99 °C/мин до 0,00 °C/мин.

Примечание – Функция деактивирована, если установлено $SLor = InF$

Система находится на **уровне параметров** (см. рисунок 3.10, пп. 3.6.8.3, 3.6.8.4).

На верхнем индикаторе PV отображается **'rEG**.

На нижнем индикаторе SV мигает символ **SLor**




Рисунок 3.33 – Параметры для градиента нагревания SLor

При помощи клавиш **U** или **P** выберите параметр **SLoF**.

На верхнем индикаторе PV появляется **'rEG**.

На нижнем индикаторе SV мигает **SLoF**.




Рисунок 3.34 – Ввод градиента охлаждения

Нажмите на клавишу **P**.

На верхнем индикаторе PV появляется мигающий символ **SLoF**.

На нижнем индикаторе SV появится соответствующий **актуальный настроенный градиент охлаждения**




Рисунок 3.35 – Показания прибора для ввода градиента охлаждения

При нажатии на клавишу ▲ градиент нагревания **SLoF** увеличивается

При нажатии на клавишу ▼ градиент нагревания **SLoF** уменьшается

Примечание – При нажатии на клавишу ▲ □ или ▼ значение градиента увеличивается или уменьшается на 0,1. Если удерживать клавишу в нажатом состоянии не менее 1 с, то значение градиента будет быстрее увеличиваться или уменьшаться, при нажатии на клавишу не менее 2 с – значение градиента будет меняться ещё быстрее, благодаря чему можно максимально быстро установить желаемое значение

Для подтверждения нового установленного градиента нагревания **SLoF** нажмите на клавишу **P**.

Система выполняет возврат на уровень параметров, здесь можно выполнить установку других параметров.

Примечание – Если в данном меню на протяжении 15 с не выполнять команды (посредством нажатия на клавиши), то система выполняет автоматический возврат на один уровень, до **режима калибровки**.

После выполнения установок термометр будет использовать новые значения только в случае изменения заданной температуры или выключения и повторного включения термометра.

3.6.9. Установка времени выдержки

Время выдержки «**dur.t**» активируется при достижении заданной температуры SP1.

Затем калибратор автоматически переключается на заданную температуру SP2.

Диапазон заданных значений составляет от 99:59 [ч:мин] до 00:00 [ч:мин].

Примечание – Функция деактивирована, если установлено **SLoF** = **InF**.

Система находится на **уровне параметров** (см. рисунок 3.10).

На верхнем индикаторе PV отображается **'rEG**.

На нижнем индикаторе SV мигает символ **SLoF**




Рисунок 3.36 – Параметры для градиента нагревания **SLoF**

При помощи клавиш ▼ или ▼ выберите параметр **dur.t**.

На верхнем индикаторе PV появляется **'rEG**.

На нижнем индикаторе SV мигает **dur.t**.




Рисунок 3.37 – Параметры для времени выдержки **dur.t**

Нажмите на клавишу **P**.

На верхнем индикаторе **PV** появляется мигающий символ **dur.t**.

На нижнем индикаторе **SV** появится соответствующее **актуальное настроенное время выдержки**.




Рисунок 3.38 – Ввод времени выдержки

При нажатии на клавишу **▲** время выдержки **dur.t** увеличивается.

При нажатии на клавишу **▼** время выдержки **dur.t** уменьшается.

Примечание – При нажатии на клавишу **▲** или **▼** значение время выдержки увеличивается или уменьшается на 0,1. Если удерживать клавишу и в нажатом состоянии не менее 1 с, то значение время выдержки будет быстрее увеличиваться или уменьшаться, при нажатии на клавишу не менее 2 с – значение время выдержки будет меняться ещё быстрее, благодаря чему можно максимально быстро установить желаемое значение.

Для подтверждения нового установленного градиента нагревания **dur.t** нажмите на клавишу **P**.

Система выполняет возврат на уровень параметров.

Примечание – Если в данном меню на протяжении 15 с не выполнять команды (посредством нажатия на клавиши), то система выполняет автоматический возврат на один уровень, до **режима калибровки**.

После выполнения установок калибратор будет использовать новые значения только в случае изменения заданной температуры или выключения и повторного включения калибратора.

3.7. Сообщение об ошибках и способы устранения приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сообщение об ошибках и способы устранения

Ошибка	Возможная причина	Способ устранения
-----	Нарушения в работе внутреннего контрольного датчика или повреждение / дефект внутреннего контрольного датчика. Регулятор прерывает подачу тока на нагревательный элемент	На предприятии - изготовителе
iiiiii	Показатель измеренной температуры ниже предельного значения внутреннего контрольного датчика (нижняя граница -200 °С) Регулятор прерывает подачу тока на нагревательный элемент	
ooooo	Показатель измеренной температуры выше предельного значения внутреннего контрольного датчика (верхняя граница +850 °С) Регулятор прерывает подачу тока на нагревательный элемент	
ErEP	Возможное нарушение в памяти регулятора EEPROM	Нажать на клавишу Р
Вентилятор не работает	Дефект вентилятора или вентилятор заблокирован Сработал температурный выключатель, и прервалась подача тока на нагревательный элемент	На предприятии - изготовителе
Прибор не достигает конечной температуры	Дефект полупроводникового реле, нагревательный / охлаждающий элемент закоротило или он сильно износился	На предприятии - изготовителе
Отсутствие показаний на дисплее	Дефект регулятора	На предприятии - изготовителе
Прибор не реагирует на команды	Неправильно установлено сетевое соединение или дефект предохранителя	Проверить сетевое соединение и предохранитель

3.8. Охлаждение калибраторов

ВНИМАНИЕ:

Во избежание получения ожогов:

- Перед транспортировкой или контактом с калибраторами необходимо убедиться, что корпус охладился в достаточной степени, поскольку в противном случае может возникнуть опасность получения сильных ожогов от контакта с калибраторами или с испытуемым образцом.
- Для того, чтобы максимально быстро сбросить температуру теплоносителя с высокой на низкую необходимо переключить заданную температуру, например, на температуру помещения.
- Вмонтированный в калибратор «ЭЛЕМЕР-Т-220» вентилятор автоматически медленно переключается на высокие обороты, в результате чего подаётся больше охлаждающего воздуха. Светодиодный индикатор LED OUT 2 сигнализирует о состоянии на выходе для регулирования вентилятора. Если LED OUT 2 светится, то вентилятор работает на больших оборотах. Если LED OUT 2 не светится, то вентилятор работает на сниженных оборотах.
- В калибраторе «ЭЛЕМЕР-Т-150» регулятор включает активное охлаждение. Светодиодный индикатор LED OUT 2 сигнализирует о состоянии на выходе для активного охлаждения. Если LED OUT 2 светится, то активное охлаждение включено. Если LED OUT 2 не светится, то охлаждение отключено.

П р и м е ч а н и е – При отключении или разъединении подключения к сети охлаждающий воздух не поступает через встроенный вентилятор. Несмотря на это между ванной для жидкости и корпусом обеспечивается достаточная термическая развязка.

3.9. Очистка и техобслуживание

- Охладите калибратор, как описано в п. 3.8.
- Выключите калибратор и вытяните штекер сетевого питания из розетки.
- **Очистка решётки вентилятора:**

На днище каждого калибратора установлена плотная, мелкосетчатая решётка вентилятора, через которую в калибратор поступает охлаждающий воздух. Решётку необходимо чистить через регулярные промежутки времени в зависимости от загрязнённости воздуха методом с использованием пылесоса или щётки.

- **Очистка ванны для теплоносителя:**

При помощи откачивающего насоса (входит в комплект поставки) необходимо полностью удалить силиконовое масло из ванны. Затем необходимо вынуть сенсорную корзину из ванны, помыть её, магнитную мешалку и ванну водой с добавлением моющего средства в достаточном количестве. Затем необходимо подождать до полного высыхания помытых частей ванны.

В случае использования дистиллированной воды и спирта необходимо их слить из ванны и подождать до полного высыхания сенсорной корзины, магнитной мешалки и ванны.

- **Очистка с внешней стороны:**

С внешней стороны протрите корпус калибратора при помощи влажной тканевой салфетки, смоченной небольшим количеством воды или лёгким моющим средством без содержания растворителей.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К эксплуатации калибраторов допускается персонал, прошедший подготовку в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными в установленном порядке.

4.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током калибраторы соответствуют классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и удовлетворяют требованиям безопасности в соответствии с ТР ТС 004/2011, ГОСТ 12.2.091-2012.

4.3. К эксплуатации калибраторов допускается персонал, обученный правилам техники безопасности при работе с калибратором и поверяемыми (калибруемыми) приборами, изучивший эксплуатационную документацию и прошедший инструктаж по технике безопасности.

4.4. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать солевых туманов, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

4.5. Перед началом работы необходимо проверить качество заземления калибраторов.

4.6. После транспортирования или хранения калибраторов при температуре воздуха ниже плюс 10 °С необходимо выдержать его перед распаковкой в теплом сухом помещении при температуре от плюс 10 до плюс 35 °С в течение 24 ч.

4.7. Устранение неисправностей и все профилактические работы проводить только при отключенном от сети приборе, температура калибраторов не должна превышать температуру окружающей среды.

4.8. **Во избежание:**

получения ожогов запрещается

- прикасаться к поверхностям калибраторов, имеющих высокую температуру,
- касаться нагретых частей поверяемых термопреобразователей во время и после измерений;

возгораний запрещается

- помещать нагретые термопреобразователи на легко воспламеняющуюся поверхность.

4.9. Основные правила техники безопасности

Используйте калибраторы только в исправном и работоспособном состоянии.

Через кабель сетевого питания на калибраторы поступает напряжение, опасное для жизни и здоровья людей. Неправильная эксплуатация может привести к телесным повреждениям.

Исправная и надёжная работа калибраторов непосредственно зависит от надлежащей транспортировки, правильного хранения, правильной установки, монтажа, применения калибраторов согласно назначению, а также от добросовестного обслуживания и ремонта.

Калибраторы можно применять только в соответствии с назначением. Запрещено использовать опасные вещества. Необходимо соблюдать все технические спецификации.

Если невозможно устранить нарушения, то калибраторы необходимо немедленно выключить и предохранить от несанкционированного включения.

Ремонтные работы могут проводиться только производителем. Вмешательства и изменения в конструкцию калибраторов запрещены.

Перед заменой плавких предохранителей калибраторы необходимо отключить от сетевого напряжения, для этого необходимо вытянуть кабель сетевого питания из штекерного разъёма подключения к сети питания.

Руководство по эксплуатации должно храниться в полном объёме на месте эксплуатации калибраторов.

Убедитесь, что оператор калибратора через регулярные промежутки времени проходит инструктаж по всем важным вопросам касательно безопасности труда и охраны окружающей среды, а также, что он прочитал руководство по эксплуатации и хорошо знает изложенные в нем указания по технике безопасности.

Предохранитель с тепловым реле

В целях безопасности калибраторы оснащены автономными предохранителями с тепловыми реле, которые в случае перегрева корпусов отключают подачу электроэнергии для нагрева. После охлаждения ванны для жидкости, калибраторы необходимо отправить на предприятие-изготовитель для проведения проверки.

Без соответствующего устройства защиты калибраторы **НЕЛЬЗЯ** эксплуатировать во **взрывоопасной атмосфере** (легковоспламеняющаяся или взрывоопасная/детонирующая атмосфера).

Если эксплуатационные неполадки или нарушения калибраторов могут послужить причиной нанесения физического вреда или материального ущерба, то прибор необходимо предохранить при помощи дополнительных электромеханических защитных устройств.

4.10. Правила техники безопасности при использовании теплоносителей

Теплоноситель - вода:

- Используйте только дистиллированную воду, поскольку в противном случае в калибровочном баке могут образоваться большие наслоения гидравлической извести, что приведёт к его сильному засорению.

Теплоноситель – силиконовое масло:

- Используйте только рекомендованное силиконовое масло.
- При работе с силиконовым маслом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, поскольку возможны выделения вредных веществ.
- Избегайте попадания силиконового масла в глаза.
- Силиконовое масло является гигроскопичным, поэтому после завершения работы калибровочную ванну необходимо плотно закрыть транспортировочной крышкой.
- Транспортировочная крышка имеет предохранительный клапан. Если калибровочную ванну закрыть крышкой в ещё неостывшем состоянии, то внутри ванны может возникнуть опасное давление. Во избежание избыточного давления, которое может привести к разрушению ванны для жидкости, при наличии давления около 0,25 МПа срабатывает предохранительный клапан. При этом из отверстия клапана может выступить горячий пар.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Комплект поставки калибраторов соответствует приведенному в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Комплектность калибраторов

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Калибраторы «ЭЛЕМЕР-Т-150» «ЭЛЕМЕР-Т-220»	НКГЖ.065159.002 НКГЖ.065159.003	1 шт. 1 шт.	в соответствии с заказом
2	Комплект инструментов и принадлежностей	НКГЖ.067745.002	1 шт.	в соответствии с заказом
3	Руководство по эксплуатации	НКГЖ.065159.002РЭ	1 экз.	
4	Методика поверки	НКГЖ.065159.001МП	1 экз.	

6. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

6.1. Поверку калибраторов проводят органы метрологической службы или другие аккредитованные на право поверки организации. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки определяются по форме, установленной в документе «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 и документом «Калибраторы температуры жидкостные «ЭЛЕМЕР-ТК-М», «ЭЛЕМЕР-Т». Методика поверки. НКГЖ.065159.001МП», утвержденным в установленном порядке.

6.2. Интервал между поверками 1 год; 2 года - для калибраторов с индексом заказа В.

6.3. Методика поверки НКГЖ.065159.001МП может быть применена при калибровке «ЭЛЕМЕР-Т».

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Калибраторы транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2 Условия транспортирования калибраторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 60 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.3 Условия хранения калибраторов в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Калибраторы не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

8.2 После окончания срока службы калибраторы подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Калибратор температуры жидкостный «ЭЛЕМЕР-Т _____», заводской номер № _____ индекс заказа _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, число, месяц)

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

10.1 Калибратор температуры жидкостный «ЭЛЕМЕР-Т _____», заводской номер № _____ индекс заказа _____ упакован научно-производственным предприятием «ЭЛЕМЕР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

11. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

11.1. Ресурс калибраторов 20000 ч в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения 6 месяцев с момента изготовления в упаковке изготовителя в складском помещении.

Указанный ресурс, срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи калибратора.

11.3. В случае потери калибратором работоспособности ремонт производится на предприятии-изготовителе по адресу:

124489, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград,
проезд 4807-й, д. 7, стр. 1, ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
Тел.: (495) 988-48-55
Факс: (499) 735-14-02
E-mail: elemer@elemer.ru

11.4. Без гарантийного талона с заполненной ремонтной картой калибраторы в ремонт не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример записи обозначения при заказе

Часть 1 – Термостат «ЭЛЕМЕР-Т-150», «ЭЛЕМЕР-Т-220»

$$\frac{x}{1} - \frac{x}{2} - \frac{x}{3} - \frac{x}{4}$$

1 Тип прибора (таблица А.1):

- **ЭЛЕМЕР-Т-150** – от минус 30 до плюс 150 °С;
- **ЭЛЕМЕР-Т-220** – от плюс 30 до плюс 220 °С.

2 Индекс заказа: А, В (таблицы А.1, А.2)

Базовое исполнение – В

3 Кейс (опция):

- **КЕЙС** – кейс повышенной прочности (IP67).

4 Обозначение технических условий:

- **(НКГЖ.065159.001 ТУ)**

Часть 2 – Дополнительное оснащение

Оснастка (таблица А.3).

Пример заказа ЭЛЕМЕР-Т в комплекте с дополнительным оснащением

1) ЭЛЕМЕР-Т-150 – В – КЕЙС – НКГЖ. 065159.001 ТУ

2) Масло силиконовое ПМС-5 (2 л)

Продолжение приложения А

Таблица А.1 – Основные метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики			
	ЭЛЕМЕР-Т-150		ЭЛЕМЕР-Т-220	
Тип прибора	от -30 до +150		от +30 до +220	
Диапазон воспроизводимых температур, °С	от -30 до +150		от +30 до +220	
Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, °С	Индекс заказа			
	А	В	А	В
	±0,03	±0,07	±(0,03 + 0,00015· t)	±0,07
Размеры рабочей зоны, мм: - диаметр: - глубина:	60 150			

Таблица А.2 – Неравномерность температуры в рабочем объеме термостатов ЭЛЕМЕР-Т-150 и ЭЛЕМЕР-Т-220

Теплоноситель	Диапазон температур, °С	Глубина, мм	Неравномерность, °С	
			Индекс заказа	
			А	В
Этиловый спирт	-30...5	15...40	±(0,03+0,002· t)	-
		40...80	±(0,02+0,0005· t)	-
		80...150	±0,01	±0,1
Дистиллированная вода	5...95	15...40	±(0,03+0,0004· t)	-
		40...80	±(0,02+0,0002· t)	-
		80...150	±0,01	±0,1
Силиконовое масло ПМС-5	5...150	15...40	±(0,1+0,001· t)	-
		40...80	±0,07	-
		80...150	±0,02	±0,1
Силиконовое масло ПМС-20	90...220	15...40	±0,4	-
		40...80	±0,15	-
		80...150	±0,03	±0,1

Таблица А.3 – Оснастка

Наименование	Код при дополнительном заказе	Состав базовой комплектации, кол-во
Крышка транспортировочная, без отверстий	КСТ-Т-1	1 шт.
Крышка со стандартным набором отверстий (5 отверстий Ø13 мм с набором втулок Ø10,5 мм - 1 шт., Ø8,5 мм – 1 шт., Ø6,5 мм – 3 шт.)	КСН-Т-1	1 шт.
Крышка индивидуального исполнения с диаметром, количеством отверстий и набором втулок по согласованию	КИН-Т	-
Корзина защитная	КЗ-Т-1	1 шт.
Перемешивающий элемент	ПЭ-Т-1	2 шт.
Штатив со стандартным исполнением отверстий (5 отверстий Ø13 мм с набором втулок Ø10,5 мм - 1 шт., Ø8,5 мм - 1 шт., Ø6,5 мм - 3 шт.)	ШСН-Т-1	1 шт.
Штатив индивидуального исполнения с диаметром, количеством отверстий и набором втулок по согласованию	ШИН-Т	-
Масло силиконовое ПМС-5 (V л), где V – заказываемый объём	ПМС-5 (V л)	-
Масло силиконовое ПМС-20 (V л), где V – заказываемый объём	ПМС-20 (V л)	-
Шприц-насос для откачки теплоносителя	-	1 шт.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					